



فراخوان تجهیزات پزشکی (Recall)

مشخصات کلی:		
گزارش کننده: اداره نظارت و بازرسی	کلاس فراخوان: ۳	شماره گزارش: MDR98590442
شماره تماس نمایندگی: ۸۸۹۱۷۴۶۰ نام فرد رابط: خانم پورجامی (ناظر فنی)	نام سازنده: ایمن ایجاز شرکت نمایندگی: ایمن ایجاز	نام وسیله پزشکی: مش کرانیوپلاستی

علت فراخوان:
عدم درج سری ساخت بر روی کالا

اقدام اصلاحی:
بنابر اعلام شرکت بر روی نمونه های بعدی سری ساخت درج می گردد.