



فراخوان تجهیزات پزشکی (Recall)

مشخصات کلی:		
نام تجاری: PIKMED	نام سازنده: پیشگام ایده آل خاورمیانه	نام وسیله پزشکی: سه راهی تزریق
شماره تماس سازنده: ۰۲۱۶۶۹۷۵۷۳۵	شماره گزارش: MDR97180000	گزارش کننده:
نام فرد رابط: حمیدرضا علایی طباطبایی	کلاس فراخوان: II	موسسه پزشکی
لات نامبر: تمامی سری ساختها		

علت فراخوان:
○ فیکس نشدن ست تزریق داخل سه راهی با مشخصات فوق الذکر

اقدام اصلاحی:
○ شرکت سازنده قبل از دریافت گزارش در سامانه MDR، اقدام به اصلاح و رفع عیوب کالا با مشخصات فوق الذکر نموده است.