



### فراخوان تجهیزات پزشکی (Recall)

مشخصات کلی:		
نام وسیله پزشکی:	نام سازنده: Diagnostica Stago SAS	نام تجاری: Stago
کیت Activated Partial Thromboplastin Time	شرکت نمایندگی: فردآور آزما ایرانیان	مدل: Staclo <sub>t</sub> LA
گزارش کننده: موسسه پزشکی	شماره گزارش: MDR98846825	شماره تماس نمایندگی: ۰۲۱۲۲۲۵۴۹۸۲ - ۰۲۱۲۲۲۲۶۶۶۵
	کلاس فراخوان: II	نام فرد رابط: آقای صادقی
سری ساخت: 251918,(REF 00600)		

علت فراخوان:
○ عدم صحت نتایج کیت با مشخصات فوق الذکر در برخی از بازه‌های زمانی

اقدام اصلاحی:
○ امحاء کیت‌ها با مشخصات فوق الذکر در محل شرکت نمایندگی