



فراخوان تجهیزات پزشکی (Recall)

مشخصات کلی:		
نام وسیله پزشکی:	نام سازنده: Abbott Diagnostics	نام تجاری: Abbott
کیت Estradiol	شرکت نمایندگی: مدلینک	مدل: ARCHITECT
گزارش کننده:	شماره گزارش: MDR98350552	شماره تماس نمایندگی: ۰۲۱۸۸۸۱۱۰۶۳
شرکت سازنده	کلاس فراخوان: II	نام فرد رابط: آقای صباغی
لات نامبر: تمامی لات نامبرهای مربوط به لیست نامبرهای شامل: 7K72-20, 7K72-25, 7K72-35		

علت فراخوان:
<ul style="list-style-type: none"> تداخل کیت فوق الذکر با داروی میفپریستون (در دو هفته اول مصرف)، که منجر به نتایج کاذب می گردد.

اقدام اصلاحی:
<ul style="list-style-type: none"> اطلاع رسانی به کاربران جهت انجام تست استرادیول بیماران تحت درمان با داروی میفپریستون، دو هفته پس از قطع دارو، توسط شرکت نمایندگی