



### فراخوان تجهیزات پزشکی (Recall)

مشخصات کلی:		
گزارش کننده: موسسه پزشکی	کلاس فراخوان: I	نام وسیله پزشکی: آنژیوکت
شماره تماس شرکت نمایندگی: ۰۲۱۶۶۹۲۱۱۴۶ نام فرد رابط: آقای بنکدار	نام سازنده: ILIFE MEDICAL DEVICES PVT. LTD نام شرکت نمایندگی: عرشیا طب رازی	نام تجاری: Lifemed
سری ساخت: تمامی سری ساخت‌ها		

علت فراخوان:
○ عدم انطباق کالا با برخی از الزامات اساسی تجهیزات پزشکی

اقدام اصلاحی:
○ جمع آوری آنژیوکت با مشخصات فوق از سطح عرضه توسط شرکت نمایندگی