



فراخوان تجهیزات پزشکی (Recall)

مشخصات کلی:		
نام کالا: آنتی هیومن گلوبولین	کلاس فراخوان: II	شماره گزارش: MDR98201482
شماره تماس سازنده: ۰۲۱-۴۳۶۰۱۵۲ نام فرد رابط: خانم دیانتی	نام سازنده: شرکت پالایش و پژوهش خون	گزارش کننده: مؤسسه پزشکی
سری ساخت: 96AHG04		

علت فراخوان:
○ عملکرد نامناسب و کیفیت نامطلوب محصول با سری ساخت فوق الذکر

اقدام اصلاحی:
○ جمع آوری ویال‌ها با سری ساخت 96AHG04 توسط سازنده