



فراخوان تجهیزات پزشکی (Recall)

| مشخصات کلی: | | |
|--|-------------------------------------|--|
| نام سازنده: Abbott Diagnostics | گزارش کننده: شرکت سازنده | نام وسیله پزشکی: کیت های Triiodothyronine (Total T3) و Free Triiodothyronine (Free T3) |
| شرکت نمایندگی: مدلینک | شماره تماس نمایندگی: ۰۲۱۸۸۸۱۱۰۶۳ | نام تجاری: Abbott مدل: ARCHITECT |
| کلاس فراخوان: II | نام فرد رابط: آقای صباغی | |
| <p>لات نامبر: تمامی لات نامبرهای مربوط به لیست نامبرهای ذیل:</p> <p>TT3: 7K64 20(4×100 test/kit), 7K64 25(1×100 test/kit), 7K64 30(4×500 test/kit), 7K64 35(1×500 test/kit), 7K64 27(1×100 test/kit), 7K64 32(4×500 test/kit), 7K64 37(1×500 test/kit)</p> <p>FT3: 7K63 20(4×100 test/kit), 7K63 25(1×100 test/kit), 7K63 27(1×100 test/kit), 7K63 30(4×500 test/kit), 7K63 35(1×500 test/kit), 7K63 32(4×500 test/kit), 7K63 37(1×500 test/kit)</p> | | |

| علت فراخوان: |
|--|
| ○ Carry over کیت‌ها با مشخصات فوق الذکر با برخی از معرف‌های دیگر |

| اقدام اصلاحی: |
|--|
| ○ اندازه‌گیری به طور مجزا یا در ابتدای Run کاری مطابق با راهکار اعلام شده توسط کمپانی سازنده |
| ○ یا جمع آوری کیت‌ها با مشخصات فوق الذکر توسط شرکت نمایندگی و جایگزینی کیت‌ها در صورت درخواست خریداران |

