



### فراخوان تجهیزات پزشکی (Recall)

مشخصات کلی:		
گزارش کننده: اداره کل تجهیزات پزشکی	کلاس فراخوان: III	شماره گزارش: MDR98782440
شماره تماس نمایندگی: نام فرد رابط: خانم زاهد نیا	نام سازنده: شرکت انستیتوپاستور ایران	نام کالا: آنتی ژن رایب لوله ایی
سری ساخت : ABT9712- ABT9804		

علت فراخوان:
○ عملکرد نامناسب کیت به دلیل کیفیت نامناسب آن

اقدام اصلاحی:
○ اقدام اصلاحی شرکت نمایندگی: جمع آوری کیت‌های مورد نظر و کنترل کیفی مجدد