



فراخوان تجهیزات پزشکی (Recall)

مشخصات کلی:		
شماره گزارش:	نام وسیله پزشکی:	نام سازنده:
MDR98844307 و MDR98563244	ماسک اکسیژن	تجهیزات پزشکی بهار طب امین
گزارش کننده:	کلاس فراخوان:	شماره تماس سازنده:
موسسه پزشکی	I	۰۸۶۳۴۱۳۱۸۷۲
نام فرد رابط: امین باقری حیدری		
لات نامبر: تمامی سری ساختها		

علت فراخوان:
○ بسته بودن راه خروجی هوا در ماسک اکسیژن با مشخصات فوق الذکر

اقدام اصلاحی:
○ جمع آوری کالا با مشخصات فوق الذکر و جایگزینی آن توسط سازنده